## 产品规格

## FlashLink 认证疫苗ULT PDF 数据记录仪

| 传感器测量范围        | -82℃至45℃                                     |
|----------------|--|
| 工作范围           | -20℃至50℃                                     |
| 温度分辨率          | 0.1 °C                                       |
| 正常工作范围内的精<br>度 | -82°C 至-20°C 为±0.5°C                         |
| 数据容量           | 32,496个数据点                                   |
| 数据下载时间         | 一般5秒3823点                                    |
| 多个警报级别         | LCD上显示高和低水平以及极高和极低水<br>平温度,带有蜂鸣器             |
| 电池             | 两节AAA锂电池,LCD指示%剩余电量                          |
| 尺寸/机身          | 40毫米 x 93毫米 x 24毫米                           |
| 套管             | ABS塑料  |
| 外部传感器          | 3.5mm直径 x 31mm长度<br>1m铁氟龙电线,带立体声插孔连接器        |
| 重量             | 63.5克  |
| 校准             | 2年期ISO 17025校准证书 (A2LA), 1年期NIST校准证书和制造商合格证书 |
| 认证             | CE标志, NIST可追溯, RoHS, WEEE                    |
| 展示             | LCD, 红色LED警报                                 |
| 防水等级           | IP64 (带硅胶帽)                                  |
| 贮藏条件           | -20℃至50℃;0%至95%相对湿度,无凝结                      |
| 保质期            | 2年(电池寿命)                                     |
| 系统要求           | 装有当前操作系统的Windows PC,Adobe<br>Reader          |
| 编程设计           | 预先配置,即插即用。用户可使用<br>FlashLink程序管理器软件编程(随附)    |
| 下载要求           | 直接USB连接到PC(下载记录器不需要特殊软件。)                    |



| 型号       |                    |
|----------|--------------------|
| 40570    | 包括制造商合格证书          |
| 40570-01 | 包括2年期ISO 17025校准证书 |

- 在超低温下监测疫苗
- 是干冰储存和运输的理想选择
- · 符合CDC准则
- 软件符合21 CFR Part 11
- 单通道,外部传感器
- · 自动生成PDF, CSV和每日记录报告
- 声音和/或视觉警报
- · LCD上有电池电量不足指示
- 快速断开电线以下载记录器
- 在液晶显示屏上滚动记录的数据

DeltaTrak根据ISO 9001; 2015 注册质量管理体系生产产品 SS 40570-X CH 21D1

